Kousenpaspoort

Kousenpaspoort

Hier zijn uw op maat gemaakte compressiekousen!

ofa bamberg

Voor een eenvoudige en moeiteloze nabestelling vindt u aan de linkerkant **uw persoonlijke kousenpaspoort** met daarin alle benodigde informatie. Gewoon lostrekken, op elkaar plakken en goed bewaren.

Met vriendelijke groet,
Ofa Bamberg

Het memoblad voor uw wasmachine:

Compressiekousen

Op de juiste manier wassen

Lastofa Forte niet binnenstebuiten en Lastofa Extra binnenstebuiten wassen en geen wasverzachter gebruiken!

- 40 Fijne was
- Niet bleken
- Voorzichtig drogen
- Niet strijken
- Niet chemisch reinigen

Wassen
- Geschikt voor onmiddellijk gebruik
- Aanbeveling: we raden aan om de kousen te wassen voordat u ze voor de eerste keer draagt
- Dagelijks wassen (max. 40 °C), met de hand of met het machinewasprogramma voor fijne was
- Afzonderlijk wassen met fijnwasmiddel (bijv. "Speciaal wasmiddel Ofa Clean"), geen wasverzachter gebruiken
- Goed uitspoelen, voorzichtig centrifugeren, maar niet uitwringen
- Drogen op een handdoek, op een droogrek of met het droogprogramma voor fijne was van de wasdroger, nooit strijken of op de verwarming of in de zon drogen

Materiaalsamenstelling
Er wordt gebruikgemaakt van polyamide (Polyamid), elastaan (Elastan), katoen (Baumwolle) of merinowol (Merinowolle). Voor specifieke informatie verwijzen wij u naar het textiellabel dat in uw kous is genaaid.

Onderhoud
- Droog en het liefst in de originele verpakking opbergen, beschermen tegen direct zonlicht en warmte
- Zorg ervoor dat kousen met hechtbanden met een siliconenlaag niet in contact komen met oplosmiddelen, zalven, crèmes en hydraterende waslotions, omdat de hechting hierdoor permanent kan worden aangetast
- Verzorg uw voeten regelmatig en zorg ervoor dat u de juiste schoenen draagt
- Vezelpluisjes (pilling) is een normaal verschijnsel bij textiel en geen reden voor reclamatie
- Repareer schade aan de kousen nooit zelf, maar breng ze terug naar de winkel waar u ze hebt gekocht

Beoogd gebruik
Compressiekousen worden gebruikt bij de behandeling van flebologische en lymfologische aandoeningen van de armen en benen en bij lipoedeem. Afhankelijk van de indicatie worden verschillende producten gebruikt.

Werkingsprincipe van medische compressiekousen
Met producten die zijn afgestemd op de betreffende indicatie en gecontroleerde druk, wordt de terugstroom van het bloed versneld, wordt de microcirculatie in het weefsel verbeterd en wordt de lymfestroom verhoogd.

⚠ Belangrijke informatie
- Draag alleen compressiekousen na overleg met uw arts
- Dagelijks dragen en regelmatige controles zorgen voor een optimaal effect van de behandeling
- De kousen moeten worden verstrekt door medisch geschoold personeel, dat ook advies geeft over de juiste manier waarop de kousen moeten worden aangetrokken
- Neem bij acute pijn uw in benen of bij huidreacties direct contact op met uw arts
- Door de hechtingsband regelmatig een klein stukje te verplaatsen, kunnen huidirritaties worden voorkomen
- Neem in geval van kwaliteitsproblemen of klachten contact op met de dealer

Topkwaliteit
van Ofa Bamberg

Uw op maat gemaakte compressiekousen van Ofa zijn het product van jarenlang onderzoek en ontwikkeling. De zorgvuldige verwerking en het hoge kwaliteitsniveau worden gegarandeerd en gecontroleerd door het gebruik van de moderne techniek. Reglematige certificeringen door onafhankelijke testinstituten documenteren de verantwoorde omgang met onze producten.

Wij doen onze uiterste best – om u op de been te houden!

Voor de dealer: Gegevens van de compressiekousen voor uw archief

Instructies voor aantrekken, open teen

Met de bijgeleverde Ofa-aantrekhulp wordt het aantrekken van uw compressiekousen met open teen een stuk eenvoudiger. Schuif uw voet in de aantrekhulp zodat deze net boven de hiel komt.

Trek nu de kous zo aan dat de hiel op de goede plek zit. Met de Ofa-aantrekhulp is dat heel eenvoudig.

Om de aantrekhulp uit te trekken, slaat u het voorvoetgedeelte van de kous terug.

Trek de aantrekhulp vervolgens naar voren over de punt van uw tenen uit.

Rol het voorvoetgedeelte van de kous daarna weer goed naar voren. Trek de rest van de kous dan gelijkmatig omhoog zonder hem uit te rekken. Verdeel de kous ten slotte over het been totdat deze kreukvrij is.

Instructies voor aantrekken, gesloten teen

Om de kous aan te trekken, keert u de kous binnenstebuiten tot aan de voet. Schuif het voetgedeelte over uw tenen en vervolgens over de wreef.

Trek nu het beengedeelte voorzichtig over de hiel. Zorg ervoor dat u de kous niet aan de bovenkant of antislipboord omhoog trekt.

Schuif de rest van de kous gelijkmatig omhoog zonder hem uit te rekken. Verdeel de kous ten slotte over het been totdat deze kreukvrij is.

ofa bamberg

Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 20
D-96052 Bamberg
Tel. + 49 951 6047-777
Fax + 49 951 6047-186
export@ofa.de
www.ofa.de

Rev. 01-04-2021

Indicaties (zie ook richtlijn medische compressietherapie AWMF 037/005, stand 12/18)
- Verbetering van veneuze symptomen en kwaliteit van leven bij chronische veneuze aandoeningen
- Preventie en behandeling van venous oedeem
- Preventie en behandeling van veneuze huidveranderingen
- Eczeem en pigmentatie
- Dermatoliposclerose en atrofie blanche
- Behandelling en pijnvermindering bij ulcus cruris venosum, ook recidiefprofylaxe
- Behandelling van arteriële en veneuze ulcus cruris (zie contra-indicaties!)
- Spataderen
- Eerste fase na behandelling van spataderen
- Functionele veneuze insufficiëntie
- Veneuze malformaties
- Veneuze trombose
- Toestand na trombose
- Posttrombotisch syndroom
- Trombosegeprofylaxe bij mobiele patiënten
- Lymfoedeem
- Oedeem tijdens de zwangerschap
- Posttraumatisch/postoperatief oedeem
- Cyclisch-idiopathisch oedeem
- Lipoedeem vanaf stadium II
- Congestie door immobiliteit (arrogeen congestesyndroom, parese en gedeeltelijke parese van de ledematen)
- Werkgerelateerd oedeem (staand, zittend werk)
- Geneesmiddelgerelateerd oedeem wanneer geen verandering van medicatie mogelijk is
- Obesitas met functionele veneuze insufficiëntie
- Inflammatoire dermatosen van de benen
- Misselijkheid, duizeligheid en congestie tijdens de zwangerschap
- Toestand na brandwonden
- Behandelling van littekens

Contra-indicaties

Absolute contra-indicaties:
- Gevorderd perifeer arteriëel vaatlijden
- Gedecompenseerd hartfalen
- Septische flebitis
- Phlegmasia coerulea dolens

Relatieve contra-indicaties:
- Vochtige dermatosen
- Onderdraagzaamheid tegen compressiekousmaterialen
- Ernstige sensibiliteitsstoornissen van de ledematen
- Gevorderde perifere neuropathie (bijv. diabetes mellitus)
- Chronische polyartritis

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard als deze contra-indicaties worden genegeerd.

⚠ Risico's en bijwerkingen
Bij een gevoelige huid kunnen jeuk en huidproblemen ontstaan onder de compressiekousen. Daarom wordt adequate huidverzorging aanbevolen.

Bij de volgende symptomen dient u de kousen onmiddellijk uit te trekken en de voorzetting van de behandeling met de arts te bespreken: blauwe of witte verkleuring van de tenen, sensibiliteitsstoornissen, een doof gevoel, toenemende pijn, kortademigheid, sterke transpiratie, acute bewegingsbeperkingen.

Garantie
De houdbaarheid van medische compressiekousen is beperkt tot 3 jaar indien ze correct worden bewaard. Daarbij komt nog de draagtijd, die bij regelmatig gebruik en de juiste verzorging maximaal 6 maanden is. Na deze periode zijn de producten uitgesloten van garantie. Gebreken die terug te voeren zijn op normale slijtage resp. onegenlijk gebruik zijn principieel uitgesloten van de garantie. Onder onegenlijk gebruik vallen ook latere wijzigingen aan het product die niet door de fabrikant zijn uitgevoerd. Het product is bedoeld voor de verzorging van één patiënt. Als het voor hergebruik wordt doorgegeven aan andere personen, verval t de productaansprakelijkheid van de fabrikant.

Melding
Op grond van wettelijke voorschriften zijn patiënten en gebruikers verplicht om ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan in verband met het product en die tot een aanzienlijke verslechtering van de gezondheidstoestand of tot de dood hebben geleid of hadden kunnen leiden, onmiddellijk te melden aan de fabrikant en de verantwoordelijke nationale autoriteit (in Duitsland BfArM).

Verwijdering
Gooi het product aan het einde van de levensduur weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.